

# デジタル残留塩素計 プールテスター PT163



## 1台で4役! 有利残留塩素、全残留塩素、pH、アルカリ度の水質測定が可能!

- 遊泳用プール、温泉、浴槽、食品工場、厨房等の残留塩素・pHの測定に最適
- 英国パリンテスト社のDPD法は米国環境保護局(USEPA)で承認
- コンパクトで取扱いが簡単
- 中がケースになって試薬を簡単収納
- オートパワーオフ機能あり
- 残留塩素試薬錠剤 AP-011 50錠つき

### 仕様

型番	プールテスター PT163		
表示	LCD表示 (デジタル表示)		
測定内容	残留塩素	pH	アルカリ度
測定範囲	0 ~ 5.0mg/L	pH 6.6 ~ 8.6	0 ~ 500mg/L
分解能	0.1mg/L	0.1 pH	10mg/L
測定精度	±0.1 mg/L	±0.15 pH	±20mg/L
使用試薬	DPD法	フェノールレッド (PR)	プロモクレゾールグリーン (BCG)
電源	9V形乾電池 (006P) ×1		
電池寿命	約 300回測定可能		
寸法・重量	H175×W65×D40mm、132g		
付属品	残留塩素試薬錠剤 AP-011 (50錠)、10mlセル×2、攪拌用スティック、電池、ソフトケース		
オプション	AP-011	残留塩素試薬錠剤 250錠	
	AP-030/1	全残留塩素測定用錠剤 250錠	
	AR-110	pH用試薬錠剤 250錠	
	AP-188	アルカリ錠剤 250錠	

### ● 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

### 主な用途

- 温泉、スパ、スーパー銭湯、浄水器の水質検査
- ビル等で使用される水道水、冷却タワー、地下水、貯水タンクの検査
- 学校、給食センター、食品工場、厨房、病院などでの水質検査



測定器の総合商社  
株式会社 佐藤商事  
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5階

☎(044) 738-0622

FAX : 044-738-0623

ホームページ : <http://www.ureruzo.com/>

測定器販売のサトテック : <http://satotech.com/>